Cod. **HT 1008-00**

Centrifuga per lavaggio emazie 3.500 rpm 24×5 ml - ROTOLAVIT II

Centrifuga per lavaggio cellule per uso diagnostico in vitro professionale, destinata ai laboratori dei centri trasfusionali, alla sierologia dei gruppi sanguigni e all'immunoematologia. Raggiunge 3500 min^{-1} con RCF massimo di 1438 e gestisce fino a 24 x 5 ml, con programmi di lavaggio personalizzabili fino a 24. Dispone di funzione DECANT, volume di soluzione salina, agitazione e decantazione programmabili, display touch screen, marcatura CE e conformità IVDR e IEC 61010.



FILIALE ITALIANA

VELOCITÀ MASSIMA
3.500 min^{-1}

CAPACITÀ MASSIMA
24 x 5 ml

RCF MASSIMO
1438

PESO / DIMENSIONI (L × P × H)
24.5 kg · 330 x 480 x 280 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**1008-00**
Produttore	**Andreas Hettich GmbH & Co. KG**
Modello	**ROTOLAVIT II**
Famiglia prodotto	**ROTOLAVIT**
Numero di catalogo	**1008**
Tipologia prodotto	**Centrifuga per lavaggio cellule (cell washer)**
Categoria regolatoria	**Dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD)**
Paese di fabbricazione	**Germania**

PRESTAZIONI

Velocità massima	**3500 min^{-1}**
RCF massimo	**1438**
Capacità massima	**24 x 5 ml**
Posizioni massime	**24**
Volume max per posizione	**5 ml**
Raggio rotore	**105 mm**
Tempo massimo impostabile	**9 min 59 s**

APPLICAZIONI

Settori di utilizzo	**Laboratori dei centri trasfusionali, sierologia dei gruppi sanguigni, immunoematologia**
Limitazioni d'uso	**Uso diagnostico in vitro professionale**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display	**Touch screen**
Programmi memorizzabili	**Fino a 24 programmi con un massimo di 20 sequenze**

SISTEMA ROTORE

Rotore incluso	**Sì**
Rotore intercambiabile	**Sì**
Rotori compatibili (totale)	**2**

SICUREZZA

Blocco coperchio in funzionamento	**Sì**

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello di rumorosità massimo	**49 dB(A)**

CONFORMITÀ

Marcatura CE	**Sì**
Conformità IVDR (EU 2017/746)	**Conforme al Regolamento IVDR (UE) 2017/746**
Conformità IEC 61010	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L × P × H)	**330 x 480 x 280 mm**
Peso	**24.5 kg**

SPECIFICHE ROTORI

Codice rotore	**1017-A (12 posti); 1018-A (24 posti)**
Posizioni rotore	**12; 24**
Angolo rotore	**45 °**
Velocità massima rotore	**3500 min^{-1}**
RCF massimo rotore	**1438**

SISTEMA DI LAVAGGIO

Sistema di lavaggio automatico	**Sistema automatico di lavaggio delle cellule per test sierologici**
Programmi di lavaggio	**Fino a 24 programmi personalizzati con un massimo di 20 sequenze ciascuno**
Volume soluzione salina	**Programmabile**
Funzione di decantazione (DECANT)	**Sì**
Velocità di decantazione	**Programmabile**
Parametri di agitazione	**Programmabili**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@hettichitalia.it • 02 39311741 • www.seneco.it